

Die Ablesung mit SiriusCom



Aufrufen der Gerätedaten für den Mieter/Nutzer



Einlesen von Geräte- und Skalenummer



Ampulle wird zur Ablesung in den Messschacht gesteckt



Messung des Flüssigkeitsstandes im Verdunstungsrohrchen



Ausdrucken des Ablesebeleges, nachdem alle Erfassungsgeräte der Wohnung abgelesen wurden




KALORIMETA AG & Co. KG
Heidenkampsweg 40 · 20097 Hamburg
www.kalorimeta.de
Ein Unternehmen der KALO Gruppe



Ablesung mit SiriusCom bei Verdunstungs-Heizkostenverteilern

Änderungen vorbehalten 1203-11-2009



Nutzerinformation



Wie erfolgt die Ablesung Ihrer Verbrauchswerte?

Wir setzen moderne Ablesetechnik ein, damit Sie eine genaue und rechtssichere Abrechnung erhalten. Mit dem Ablesegerät SiriusCom werden alle benötigten Daten und Werte des Heizkostenverteilers optoelektronisch sicher erfasst und korrekt zugeordnet. Unser Ablesedienst liest mit einem Scanner den Barcode auf dem Gerät aus. Dabei werden Gerätenummer und Skalennummer des Heizkostenverteilers mit den Daten im Ablesegerät verglichen. Zur Ablesung wird dann die Ampulle aus dem Heizkostenverteiler genommen und in den Messschacht gesteckt. Dort wird der Flüssigkeitsstand des Verdunstungsröhrchens genau gemessen, der Wert wird gespeichert und automatisch den anderen Daten im Ablesegerät zugeordnet.

Bei vorhandenen Wasserzählern werden die Zählerstände auch elektronisch oder über die Tastatur des SiriusCom eingegeben.

Nach Beendigung der Ablesetätigkeit wird der Ablesebeleg ausgedruckt und Ihnen zur Kontrolle ausgehändigt. Die Ablesung bestätigen Sie auf der Ablesebestätigung.

Ihre Vorteile

- Klare und nachvollziehbare Ablesung
- Einwandfreie Dokumentation durch Ablesebeleg mit allen wichtigen Daten
- Vermeidung von Übertragungs- und Ablesefehlern durch optoelektronische Messung und sichere Zuordnung mit dem Ablesegerät SiriusCom
- Genaue Messung der Füllstandshöhe der Verdunstungsröhrchen
- Keine Manipulation bei der Ablesung möglich
- Schreibfehler bei der Ablesung sind ausgeschlossen
- Genaue Nachweis von Ablesedatum, Ableseeinheit und Ablesername

KALO KALORIMETA
Messdienste

Ablesebeleg

Abrechnungseinheit: CL1-092066
Abr.-Ende: 31.12.2008
Nutzer-Nr.: 0001

Mustermann, Max
Musterstr. 1
22049 Hamburg

Heizkostenverteiler:					
RB GeNr	SKN	IS	S	KW	AbWrt
KU RL1938	120	14	3.1		
BD VN5798	195	19	9.4		
SZ RL1894	210	10	2.2		
KI UH1039	70	49	16.9		
WZ RL2607	215	27	19.1		
FL VN5703	165	24	11.9		
Summe:					62.6

Kaltwasserzähler:					
RB GeNr	S	VJWrt	AbWrt		
BD 677541	100.92	109.710			
KU 677561	62.4	78.310			

Warmwasserzähler:					
RB GeNr	S	VJWrt	AbWrt		
BD 061109	94.23	104.560			
KU 061104	25.18	28.940			

Rauchmelder:					
RB GeNr	Info				
SZ RMT030	Rauchmelder gewartet				
KI RMT031	Rauchmelder gewartet				
WZ RMT032	Rauchmelder gewartet				

Erklärungen

RB - Raumbezeichnung
GeNr - Geräte Nummer
SKN - Skalennummer
Bfkt - Bewertungsfaktor
IS - Info ans Stammhaus
S - Schätzung
KW - Kontrollwert in mm
VJWrt - Vorjahreswert
AbWrt - aktueller Ableswert

Hamburg
den 12.02.2009 12:00 Uhr
Ableser/in: T. Muster

Der Ablesebeleg enthält alle Ablesedaten. Die Summe der Ablesewerte erscheint später in Ihrer Einzelabrechnung.

Heizkostenverteiler:

RB GeNr	SKN	IS	S	KW	AbWrt
KU RL1938	120	14	3.1		
BD VN5798	195	19	9.4		
SZ RL1894	210	10	2.2		
KI UH1039	70	49	16.9		
WZ RL2607	215	27	19.1		
FL VN5703	165	24	11.9		
Summe:					62.6

An diesem Beispiel können Sie sehen:
Gerätenummer: UH 1039
Skalennummer: V 70

